



# Некоммерческое Партнерство «Национальная Медицинская Палата»

Россия, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.22, тел./факс: +7 (495) 959-28-96

www.nacmedpalata.ru; e-mail: org@nnpmp.ru; mail@doctor-roshal.ru

«14» сентября 2015 г.

исх. № 425/1

Размещено на портале Regulation.gov.ru

<http://regulation.gov.ru/projects#npa=39374>

**Первому заместителю  
Министра здравоохранения  
Российской Федерации**

**И.Н. Каграманяну**

**Уважаемый Игорь Николаевич!**

В соответствии с Соглашением между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Некоммерческим партнерством «Национальная Медицинская Палата» о сотрудничестве в области здравоохранения направляем Вам замечания и предложения, высказанные экспертами НМП к проекту приказа Минздрава России : «О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 902н».

При наличии разногласий просим Вас организовать обсуждение проекта приказа совместно с разработчиком и представителями НМП.

Приложение на 4 л.

С уважением,

**Президент  
НП «Национальная Медицинская Палата»**

*Вац*  
  
**Л.М. Рошаль**

Замечания и предложения экспертов НМП к проекту приказа Минздрава России «О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 902н»

Положение приказа, требующее изменений	Предложение по новому тексту приказа
Приложение 1, 2, 3п, заглавие	Вместо «ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА НЕОТЛОЖНОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ» - «ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА и/или отделения НЕОТЛОЖНОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ»
Приложение 3	В графе «требуемое количество, шт.» в 3 пункте цифру «1» заменить словами «по требованию»
Приложение 3	В графе «наименование оснащения», в 13 пункте исключить «27 наименований»
Приложение 3	В графе «наименование оснащения», в 14 пункте исключить «6 наименований»
Приложение 3	В графе «наименование оснащения», в 16 пункте исключить «4 наименования»
Приложение 3	В графе «требуемое количество, шт.» в 25 пункте слова «2 комплекта» заменить словами «1 комплект»
Приложение 6	13 пункт исключить
Приложение 8	В примечания дописать, что штаты офтальмологического консультативно-диагностического отделения взаимозаменяемы штатами офтальмологического кабинета
Приложение 10	В 6 пункте НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ стандарт оснащения хирургического кабинета с операционной и перевязочной
Приложение 10	В 6 пункте НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ стандарт оснащения кабинета диагностического обследования



Приложение 12	В графе «количество должностей» во 2 пункте написать «1 на 12 пациенто-мест»
Приложение 11	В графе «количество должностей» в 3 пункте написать «1»
Приложение 11	В графе «количество должностей» в 5 пункте написать «1 на 12 пациенто-мест»
Приложение 12	В 6 пункте НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ стандарт оснащения ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА
Приложение 12	В 8 пункте предусмотреть «смотровую комнату»
Приложение 12	В 9 пункте в функциях дополнить словами «осуществление экспертизы временной нетрудоспособности»
Приложение 13	В графе «количество должностей» во 2 пункте написать «1 на 12 коек»
Приложение 14	В графе «требуемое количество, шт.» в 4 пункте написать «1 на 2,5 врачебные ставки»
Приложение 14	В графе «требуемое количество, шт.» в 6 пункте написать «1 на 2,5 врачебные ставки»
Приложение 14	В графе «требуемое количество, шт.» в 12 и 13 пунктах написать «1 на 2,5 врачебные ставки»
Приложение 14 пункт 15 и приложение 17 пункт 21	Оставить в обязательном порядке указанное оборудование, как необходимое в обследовании 100% больных.
об исключении из оснащения офтальмологического отделения и Центра аппаратов А-В сканирования.	
Приложение 17, раздел 1. Стандарт оснащения Центра медицинского офтальмологического (за исключением операционной, в том числе лазерной)	<p>В графе «требуемое количество, шт.» дополнить словами «на 1 отделение»</p> <p>В графе «требуемое количество, шт.» в 2 пункте написать «1 на 3,0 врачебные ставки»</p> <p>В графе «требуемое количество, шт.» в 3 пункте написать «1 на 3,0 врачебные ставки»</p> <p>В графе «требуемое количество, шт.» в 8 пункте написать «1 на 2,5 врачебные ставки»</p> <p>П.9 Предлагается исключить из оснащения Центра медицинского офтальмологического ручную шелевую лампу. В случае если Центр находится в составе многопрофильного медицинского учреждения и оказывает экстренную офтальмологическую помощь, в том числе и при сочетанной травме, данное оснащение крайне полезно и необходимо. Предлагаем оставить в обязательном порядке указанное оборудование, возможно с указанием «по требованию».</p> <p>В графе «требуемое количество, шт.» в 11 пункте написать «1 на 2,5 врачебные ставки»</p> <p>В графе «требуемое количество, шт.» в 12 пункте написать «1»</p> <p>В графе «требуемое количество, шт.» в 14 пункте написать «по требованию»</p> <p>В графе «требуемое количество, шт.» в 17 пункте написать «1 на 2,5 врачебные ставки»</p>



	<p>В графе «требуемое количество, шт.» в 18 пункте написать «1 на 2,5 врачебные ставки»</p> <p>В графе «требуемое количество, шт.» в 19 пункте написать «1»</p> <p>В графе «требуемое количество, шт.» в 24 пункте написать «по требованию»</p> <p>В графе «требуемое количество, шт.» в 25 пункте написать «по требованию»</p> <p>В графе «требуемое количество, шт.» в 6 пункте написать «по требованию»</p> <p>В графе «требуемое количество, шт.» в 7 пункте написать «1 на 9,0 врачебные ставки»</p> <p>В графе «требуемое количество, шт.» в 9 пункте написать «1 на 3,0 врачебные ставки»</p> <p>В графе «требуемое количество, шт.» в 13 пункте написать «по требованию»</p> <p>В графе «требуемое количество, шт.» в 15 пункте написать «по требованию»</p> <p>В графе «требуемое количество, шт.» в 17-22 пунктах написать «по требованию»</p> <p>В графе «требуемое количество, шт.» в 26 пункте написать «по требованию»</p> <p>В графе «требуемое количество, шт.» в 40-48 пунктах написать «по требованию»</p> <p>В графе «требуемое количество, шт.» в 51 пункте написать «по требованию»</p> <p>В графе «требуемое количество, шт.» в 1-8 пунктах написать «по требованию» либо в зависимости от количества ставок врача</p>
<p>Приложение 17, раздел 2. Стандарт оснащения операционной Центра медицинского офтальмологического (за исключением лазерной операционной)</p>	<p>Разместить после 14 приложения с соответствующей нумерацией</p> <p>В графе «требуемое количество, шт.» в 1 пункте написать «1 на 2,5 врачебные ставки»</p> <p>В графе «требуемое количество, шт.» в 2 пункте написать «в 2 раза больше, чем в 1 пункте»</p> <p>В графе «требуемое количество, шт.» в 3 пункте написать «1 на 2,5 врачебные ставки»</p> <p>В графе «требуемое количество, шт.» в 5 пункте написать «по требованию»</p> <p>В графе «требуемое количество, шт.» в 8-10 пунктах написать «1 на 2,5 врачебные ставки»</p> <p>В графе «требуемое количество, шт.» в 26-31 пунктах написать «1 на 2,5 врачебные ставки»</p> <p>Дописать 43 пунктом «факсимильсификационная система с аксессуарами и принадлежностями», В графе «требуемое количество, шт.» написать «1 на 2,5 врачебные ставки»</p>
<p>Приложение 17, раздел 3. Стандарт оснащения лазерной операционной</p>	<p>Перенумеровать во 2 раздел</p>
<p>Приложение 18, раздел 1. Стандарт оснащения операционной (за исключением лазерной операционной)</p>	<p>Перенумеровать в 12</p>
<p>Приложение 18, раздел 3. Стандарт оснащения лазерной операционной</p>	<p>13 пункт перенумеровать в 12</p>

Стандарт оснащения лазерной операционной)	14 пункт перенумеровать в 13
Приложение 20	В графе «наименование оснащения» в 5 пункте написать какой прибор для измерения офтальмотонуса ТОЧНО
Приложение 20	В графе «требуемое количество, шт.» в 6 пункте написать «по требованию»
Приложение 20	Добавить 9 пункт Электрический офтальмоскоп», требуемое количество - 1
Приложение 21	Добавить предлог «в» во фразу в 5 пункте «выявление среди обращающихся лиц, нуждающихся <u>В</u> контактной коррекции зрения линзами индивидуального изготовления;»
Приложение 22	В примечания дописать, что штаты кабинета простой коррекции зрения взаимозаменяемы штатами кабинета сложной и специальной коррекции зрения
Приложение 23	В графе «наименование оснащения» в 7 пункте написать какой прибор для измерения офтальмотонуса ТОЧНО (предложение – бесконтактный тонометр)